

CS-1200

Автоматический Биохимический Анализатор



DIRUI

CS-1200

Автоматический Биохимический Анализатор



Передовая Аналитическая Система

Автоматический биохимический анализатор CS-1200 в совокупности с реагентами, калибровочными и контрольными материалами – это высокоточная и надежная аналитическая система, способная удовлетворить потребность клинической лаборатории в быстродействии, качестве и достоверности получаемых результатов.

Широкая панель реагентов собственного производства DIRUI:



Маркеры печени | Маркеры функции почек | Липиды | Маркеры функции ССС | Диабет | Неорганические вещества / электролиты | Анемия | Белки и маркёры воспаления | Панкреатит

Спецификация

Тип системы	Полностью автоматический, приоритет STAT
Производительность	До 800 тестов в час для фотометрических тестов, до 460 тестов в час для ISE блока
Источник света	Галогенная лампа с длительным сроком службы
Длина волны	12 длин волн от 340 до 800 нм
Метод анализа	Конечная точка, кинетика, фиксированное время и т. д.
Метод калибровки	1-точечный, 2-точечный, многоточечный линейный, нелинейный
Дозирование образца	Отдельные дозаторы для образцов и реагентов, автоматическое определение уровня жидкости детекция засора зонда и наличия сгустков
Промывка	Наличие функции автоматической промывки дозатора под высоким давлением
Механизм перемешивания	2 независимых миксера
Реакционные кюветы	160 реакционных кювет
Температурный контроль	Температура инкубационного блока реакционного диска 37°C ± 0.1°C
Пробки для проб	140 позиций для проб, поддержка различных типов пробирок и чашек для образцов
Позиция реагента	2 отделения с постоянным охлаждением, 2 ротора по 67 позиций в каждом
Объем пробы	1.5 мкл-35 мкл, с шагом 0.1 мкл
Объем реагента	15 мкл -350 мкл, с шагом 1 мкл
Объем реакции	Минимальный объем реакционной смеси 120 мкл

DIRUI

ООО ДИРУИ МЕДИКАЛ

Россия, Москва, ул. Воронцовские пруды д. 3, подъезд 26, помещ. Г2/Н
e-mail: info@dirui.com.ru
www.dirui.com.ru
тел: +7 (499) 964-44-50

CE